



Инструкция по применению

Компресс гемостатический и антисептический для альвеол

«Альвостаз-губка»

по ТУ 9391-019-49908538-2007

РУ № ФСР 2007/00883 от 06.08.2012

Показания

Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удаленного зуба.

Противопоказания

Материал «Альвостаз-губка» противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. Не использовать не по назначению.

Состав и свойства

Гемостатическая губка
Трикальций фосфат
Эвгенол
Масло оливковое
Йодоформ

«Альвостаз-губка» представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу «Альвостаз-губка» быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно рассасывается в лунке зуба.

Лечебный состав не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба.

Способ применения

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки и добиться образования кровяного сгустка. При необходимости, в связи с опасностью возникновения воспаления, следует поместить в лунку «Альвостаз-губку». Поверх губки можно наложить сухой марлевый тампон. При травматичном удалении зуба поверх губки могут быть наложены швы. Губка в лунке зуба полностью рассасывается.

Только для местного применения.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Губка 1×1 см (30 шт.) (баночка) – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru